

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, DHARASHIV
कोविड-19 इमारत, जिल्हा रुग्णालय आवार, धाराशिव. (महाराष्ट्र) 413 501
e-mail: deangmcosmanabad@gmail.com



जा.क्र.शावैमवरघा/भांडार/यंत्रसामुग्री/दरपत्रके/ 499/2026,
दरपत्रके

दिनांक: 13/02/2026

प्रति,

विषय :- शरिरविकृतीशास्त्र विभागाच्या रक्तकेंद्रासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत...
सन 2024-26 या वित्तीय वर्षातील राज्य योजनांतर्गत (नॉन-प्लॅन) निधी
संदर्भ :- 09) शरिरविकृतीशास्त्र विभागाचे मागणीपत्र क्र.89/2026, दिनांक.09/02/2026
02) दिनांक 92/02/2026 रोजीची मंजूर कार्यालयीन टिप्पणी.

उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेतील शरिरविकृतीशास्त्र विभागाने मागणी केल्यानुसार रुग्णसेवेसाठी जिल्हा रुग्णालय व स्त्री रुग्णालय येथील शासकीय रक्तकेंद्राकरिता विविध यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याची संस्थेस आवश्यकता आहे.

तरी मागणीप्रमाणे उच्च दर्जाची यंत्रसामुग्री पुरवठा/प्रस्थापित करणेकामी पात्र निविदा धारकांकडून विहित अटी व शर्तीना अनुसरून दि. 22-1-02/2026 ते दि. 29-1-02/2026 या कालावधीमध्ये दरपत्रके मागविण्यात येत असून इच्छुक निविदाधारकांनी खालील नमुद पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक सादर करावेत.

सोबत: दरपत्रक न्हेटीस व विनिर्दिष्टे जोडली आहेत.

(डॉ. शैलेंद्र द. चौहान)
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

- प्रत:- 1) सुचना फलक जाहीर नोटिस, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.
2) संकेतस्थळ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.
3) विभाग प्रमुख, शरिरविकृतीशास्त्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.

कार्यालयाचा पत्ता

अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,
जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवार,
धाराशिव-413509

दरपत्रक नोटिस

नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिनस्त जिल्हा रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयाकरिता शरिरविकृतीशास्त्र विभागाकडून मागणी करण्यात आलेली रुग्णसेवेसाठी अत्यावश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करून पुरवठा/ प्रस्थापित करणे कामी दरपत्रके मागविण्यात येत असून दि.-१२/०२/२०२६ ते दि.-२९/०२/२०२६ पर्यंत इच्छुक निविदाधारकांनी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव येथे कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक करार सादर करावेत.

दरपत्रके सादर करतेवेळी अधिकृत लेटरहेड वर खालील प्रमाणे विहित नमुन्यात तसेच अटी व शर्तीना अनुसरूनच माहिती सादर करावी अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र.	यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री	विनिर्दिष्टचे/तपशील	प्रति नग किंमत (सर्व करांसहित) नमुद करावी
क्ष-किरणशास्त्र विभाग (स्त्री-रुग्णालय)			
१)	Complete set of Gel Card Centrifuge and incubator with १२ card capacity for cross match and blood grouping.	विनिर्दिष्टचे (Specifications) सोबत जोडले आहेत	


अटी व शर्ती:

- ०१) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा दिनांक २९/०२/२०२६ पर्यंत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहचतील या बेताने पाठवावेत. जाहिर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत/ ग्राह्य घरले जाणार नाहीत.
- ०२) सुचना फलक/ संकेतस्थळावरील जाहिर नोटीस प्रमाणे इच्छुक कंपनीस दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा सादर करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा "अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव" यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा.
- ०३) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफ्यावर "शरिरविकृतीशास्त्र विभागाच्या यंत्रसामुग्री करिता दरपत्रके" तसेच मोहरबंद लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक दरपत्रधारकाच्या नावाचा शिक्का इत्यादी नमुद असणे आवश्यक आहे.
- ०४) दरपत्रक सिलबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तऐवज(Document):
 - जीएसटी (GST) क्रमांक असलेल्या अधिकृत लेटरहेडवरील दरपत्रक.
 - जीएसटी प्राधिकृत प्रत.
 - पॅन कार्ड प्रत.
 - शॉप ॲक्ट प्रत.
 - शासकीय कार्यालयामध्ये काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र (Valid PO) प्रत.
 - अधिकृत पुरवठादार असल्याचे प्रमाणपत्र प्रत.
 - प्रात्यक्षिक अहवाल "ANNEXURE-A" (सोबत नमुना जोडला आहे)
 - एकल दरपत्रक धारक असल्याबाबतचे हमीपत्र "ANNEXURE-B" (सोबत नमुना जोडला आहे)
- वरील सर्व दस्तऐवज दिलेल्या क्रमाने जेडणे बंधनकारक आहे.
- ०५) निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी निविदेतील नमुद साहित्याचे विनिर्दिष्ट्यानुसार (Specifications) खरेदी समिती/ वापरकर्ता विभागास प्रात्यक्षिक (Demo) दाखवून त्याचा अहवाल "ANNEXURE-A" दरपत्रकामध्ये जोडून सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल.
- ०६) पुरवठाधारकास आगाऊ रक्कम (ADVANCE PAYMENT) अदा करण्यात येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे देयक अदा करण्यास झालेल्या विलंबापोटी कोणत्याही स्वरूपाचे व्याज अथवा अतिरिक्त शुल्क/ रक्कम हे कार्यालय अदा करणार नाही. तसेच अशा प्रकारची कोणतीही मागणी मान्य करता येणार नाही.
- ०७) सर्वात कमी दर सादर करणाऱ्या पात्र निविदाधारकाचे दर हे पूढिल ०६ महिन्यांकरिता गोठविण्यांत येतील. कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी त्याच दराने सामुग्री विहित वेळेत पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.
- ०८) निविदा घोषित झाल्यानंतर निविदाधारक यांनी निविदेतील यंत्रे/उपकरणे इत्यादी साहित्याच्या बाबतीत विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केल्यानुसार सदर यंत्राचा/ उपकरणांचा वॉरंटी कालावधी, सर्वसमावेशक देखभाल करार (CMC), वार्षिक देखभाल करार

(AMC) इत्यादी बाबत रु.५०० (अक्षरी: पाचशे रुपये मात्र) इतक्या रमेच्या बाँडवर हमीपत्र (नोटरी करुन) कार्यालयात सादर. करणे बंधनकारक आहे. तदनंतरच पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याची देयके अदा करण्यात येतील.

Warranty /CMC (Comprehensive maintenance contract)

- A. वॉरंटी विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केलेल्या कालावधीसाठी वैध राहिल. तदनंतर शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार सी.एम.सी./ए.एम.सी. सेवा पुरविण्यात येईल.
- B. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये तपासणी सेवा मोफत दिली जावी.
- C. वॉरंटी कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्ती सेवेसाठी कोणतेही सेवा शुल्क लागू नाही.
- D. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये यंत्राच्या/उपकरणाच्या स्थितीच्या प्रत्येक तक्रारीवर जास्तीत जास्त ०३ दिवसांच्या आत तातडीने उपाययोजना करण्यात यावी.
- ०९) वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत अधिकृत लेटरहेडवर सही व शिक्क्यासह शपथपत्र/हमीपत्र दरपत्रकासोबत दाखल करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
- १०) अपवादात्क परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटी अथवा शर्तीमध्ये आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण/पुर्वसुचना न देता नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावर निविदा प्रक्रिया रद्द करणे इ. अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखुन ठेवलेले आहेत.
- नोंद:- सदर दर पत्रके उघडण्याची वेळ दिनांक. 23/02/2026 रोजी १२.३० वाजता राहिल. नियोजित वेळेत कोणताही बदल झाल्यास निविदाधारकांना तशी पुर्वसुचना देण्यात येईल.



(डॉ. शैलेंद्र द. चौहान)

अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

**Technical Compliance Chart/ Demo Report
(On Bidder Letters Head)**

To,
The Dean,
Government Medical College,
Dharashiv.

Subject: About Submission of Technical Compliance Chart/ Demonstration Reprot.
Reference: Your Tender/Quotation No & Date:

Sr No.	Name of Instrument as asked in the tender form	Quoted Instrument details by the tenderer	Whether the tender quoted by the supplier is as per specification asked for Indicate against each item clearly YES/NO

Signature with Stamp & Seal
OEM/ Othorised Dealer

User/ Head Of Department
Department of Pathology
Government Medical College,
Dharashiv

एकल दरपत्रक अधिकृत विक्रेता/पुरवठादार/कंपनी यांचे लेटरहेड

Letter No.

Date :-

प्रति
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

विषय :- एकल दरपत्रक सादर करणेसंबंधीचे हमीपत्र सादर करणेबाबत...

संदर्भ :- आपले दरपत्रक मागणी पत्र

क्रमांक. _____

दिनांक _____

महोदय

संदर्भाकित दरपत्रक मागणी पत्रानुसार मागणी करण्यात आलेले एकल दरपत्रक सादर करण्यासंबंधीचे हमीपत्र मी खालील प्रमाणे सादर करीत आहे.

हमीपत्र (Undertaking)

याद्वारे हमी देतो की, दरपत्रक प्रक्रियेसाठी एकच दरपत्रक सादर करीत आहे. आमच्याच फर्मशी निगडित असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीच्या नावे किंवा अप्रत्यक्षपणे केवळ आम्हास लाभ होईल, अश्याप्रकारे दुसरे दरपत्रक दरपत्रकप्रक्रियेमध्ये सादर केलेला नाही. तसेच माझा/आमचा आपल्या कार्यालयातील खरेदी प्राधिकार्यांशी कुठलेही हितसंबंध नाही.

उक्त बाब भविष्यात असत्य/खोटी आढळून आल्यास, सर्वस्वी जबाबदारी आमची राहिल. नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीस मी/आम्ही पात्र असू. तद्संबंधी माझी/आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही. अशी याद्वारे हमी देत आहे.

अधिकृत व्यक्तिके नाव व स्वाक्षरी,
शिक्का आणि मोहर
Authorized Person Name,
Signature
with Stamp and Seal

Gel Card Centrifuge Automation

General Specifications:

- Latest model/version of fully automated equipment for ABO and Rh Typing, Rhphenotyping, Cross-match, antibody screening on gel cards based on Gel Column Agglutination Technology.
- Should be modular system for processing gel cards-based gel technology.
- Should have up to 50 Gel cards loading capacity.
- The cross-matching test, performed by the instrument, should detect both IgM (ABO incompatibility) and IgG antibodies in single and same test.
- Dual Cell Population /Mixed field reaction is detectable and displayed.
- The system should perform single unit cross-match by using only 1 column without wasting additional columns.
- Should 2 have pipetting probes for simultaneous preparation of cell suspension and pipetting into gel cards for enhanced speed.
- Should have a separate Transfer arm for transportation of gel cards between different modules.
- Separate Incubators for room temperature incubation and 37°C incubation. Each incubator should have minimum 24 gel cards capacity.
- Piercing module should able to pierce any micro tube between 1 to 6 of a gel cards
- Should be able to use partially used cards previously loaded onto the system.
- 1 Centrifuge of 85g with 24 cards capacity. Alarm system & centrifuge speed with display should be available.
- Sample loading capacity should be more than 90 primary tubes.
- Should have 1 dilution plate of 96 wells for preparation of red cell suspension.
- Software should allow to allocate the samples on priority mode by assigning asSTAT sample. The user should be able to assign STAT thorough software for minimum 5 samples.
- User should be able to modify or change the strength of reaction of a Microtube through software. In such case both the reactions should be saved in the software for later review.
- After processing of a batch all the tested gel cards should be available for manual review of reactions in case required for confirmation. The software should guide user to identify the locationof tested gel card.
- In case a gel card is not completely consumed the software should remember the ~~used~~ microtubes and the same should be used in next testing.
- Along with machine required pipette 10 Ul ,50 ul, (microtips compatible), matrix stand for machine, bottle top dispenser, gel card for blood grouping & cross machine – 500 card each should be provided.
- Gel card centrifuge & incubator should be provided at the same time, along with user manual, calibration report, warranty card.



प्राध्यापक व विभागप्रमुख
शरीरविकृतीशास्त्र विभाग,
शा.वै.म.धाराशिव